



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

- W Y K O N A W C Y -

Nasz znak: WIWA.272.16.2018

Dot. sprawy nr:

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę **sprzętu laboratoryjnego – komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przekazuje treść otrzymanych pytań w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz treść udzielonych odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory laminarnej o szerokości zewnętrznej 1972 mm ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. propozycji Wykonawcy.
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory laminarnej o szerokości wewnętrznej 1788 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej o szerokości wewnętrznej 1788 mm.
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory z filtrem głównym równoległym w każdej osi do blatu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję Wykonawcy.



Ponadto podaje się, że informacje przekazane wykonawcom w ramach wyjaśniania postanowień treści SIWZ stają się częścią SIWZ i są bezwzględnie wiążące dla wykonawców, ponieważ ich istotą jest uzupełnienie dokumentacji w postępowaniu poprzez skonkretyzowanie lub dopuszczenie innego parametru.

Podkarpacki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii

dr inż. wet. Wiesław Welz



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie,
ul. Ks. P. Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno,
tel.(13)43-259-23, (13)43-259-34, fax: (13)43-269-33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl [http: wiw.krosno.pl](http://wiw.krosno.pl)