



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

- WYKONAWCY -

Nasz znak: WIWA.272.16.2018

Dot. sprawy nr: -

MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego – komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie informuje o dokonaniu następujących modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. Zmienia się zapisy zawarte w Rozdziale VI ust. 5 SIWZ w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdziale VI ust. 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykaz **oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę** w postępowaniu **na wezwanie zamawiającego** w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy:

W zakresie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:



1. Materiałów informacyjnych (oryginalny folder lub katalog) oferowanego przedmiotu zamówienia – w języku polskim – potwierdzających, że oferowany sprzęt posiada wymagane funkcje oraz spełnienia wszystkie wymogi określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 5 do SIWZ;
2. Ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego **typ EN12469 : 2000** - potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą (kopia za zgodność z oryginałem). Certyfikat musi być dedykowany do oferowanego modelu komory;

Nie będą uznane oświadczenia lub deklaracje producenta lub oferenta, że urządzenie spełnia lub jest zgodne z normą EN 12469.

3. Certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego sprzętu;
4. Upoważnienie producenta dla Wykonawcy do dystrybucji i serwisowania (autoryzacja) oferowanego sprzętu na terenie Polski.”

Podkarpacki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii

dr inż. wet. Mirosław Welz



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie,
ul. Ks. P. Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno,
tel.(13)43-259-23, (13)43-259-34, fax: (13)43-269-33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl http: wiw.krosno.pl