



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

- WYKONAWCY -

Nasz znak: WIWA.2600.105.2021

Dot. sprawy nr:

WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, przekazuje treść otrzymanych pytań oraz treść udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający w pakietach nr 11 do 14 przed usługą wzorcowania wymaga przeprowadzenie sprawdzenia oraz ew. adiustacji sond w modułach QM-System. Brak tej operacji może się wiązać z istotnie większymi błędami wykazanymi na świadectwach wzorcowania.

Odpowiedź: Zamawiający w pakietach od 11 do 14 wymaga jedynie usługi wzorcowania.

Pytanie nr 2:

W związku z zamieszczonym na Państwa stronie internetowej zapytaniu ofertowym proszę o doprecyzowanie informacji dla zadania 20 i 21. W ilu punktach (dołkach) dla każdego urządzenia ma być wykonane wzorcowanie. Czy urządzenie DTS-4 ma być wzorcowane dla każdego z 4 bloków osobno?

Odpowiedź: Dot. pakietu nr 20 - Wzorcowanie wytrząsarki termostатовanej DTS-4 nr seryjny 7PO138. Zamawiający wymaga wzorcowania urządzenia w temperaturze 35°C, 37°C, 39°C dla wszystkich czterech komór. Znak PCA na świadectwie wymagany.



Dot. pakietu nr 21 - Wzorcowanie termostatu-termomiksera b-B/O-PSE-1300, nr seryjny 5382HO426208. Zamawiający wymaga wzorcowania w temperaturze 56°C i 70°C we wszystkich 24 dołkach. Znak PCA na świadectwie wymagany.

Prosimy o uwzględnienie zmian w przygotowywanej ofercie.

Podkarpacki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii

Janusz Ciołek



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie,
ul. Ks. P. Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno,
tel.(13)43-259-23, (13)43-259-34, fax: (13)43-269-33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl [http: wiw.krosno.pl](http://wiw.krosno.pl)

Formularz asortymentowo - cenowy

Pakiet nr 20

Wzorcowanie wytrząsarki termostatowanej DTS-4

Lp.	Nazwa	Termin wykonania	Lokalizacja	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
1	Wzorcowanie wytrząsarki termostatowanej DTS-4 nr seryjny 7PO138 Wzorcowanie urządzenia w temperaturze 35°C, 37°C, 39°C <u>dla wszystkich czterech komór</u>	listopad 2021	Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie PSE	szt.	1	
						suma:

Warunki ogólne:

Wykonawca po wykonaniu usługi dostarczy świadectwa wzorcowania z symbolem akredytacji PCA

.....
(miejsowość, dnia)

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Formularz asortymentowo - cenowy

Pakiet nr 21

Wzorcowanie termostatu-termomiksera

Lp.	Nazwa	Termin wykonania	Lokalizacja	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto
1	Wzorcowanie termostatu-termomiksera b-B/O-PSE-1300, nr seryjny 5382HO426208 wzorcowanie w temperaturze 56°C i 70°C <u>we wszystkich 24 dołkach</u>	listopad 2021	Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie PSE	szt.	1	
						suma:

Warunki ogólne:

Wykonawca po wykonaniu usługi dostarczy świadectwa wzorcowania z symbolem akredytacji PCA

.....
(miejsowość, dnia)

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)