INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Krosno, dnia 01.03.2018

Nasz znak: IZ.WA.2500.3.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu laboratoryjnego tj.

Pakiet nr 1 – stanowiska do kalibracji i wzorcowania automatycznych pipet tłokowych – 1 szt.

Pakiet nr 2 – mieszadła magnetycznego 5-stanowiskowego z grzaniem – 1 szt.

Pakiet nr 3 – inkubatora z kontrolowaną atmosferą CO_2 – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne pakiety.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego zawierają załączniki nr 1a, 1b, 1c do niniejszego pisma.

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, w terminie do dnia 07.03.2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie, ul. Ks. P. Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno. Dotyczy to również ofert składanych drogą pocztową. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: „**Zapytanie ofertowe – sprzęt laboratoryjny**".

PODKARPACKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
z up.
Janusz Ciołek
Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie,
ul. Ks. P. Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno,
tel.(13)43-259-23, (13)43-259-34, fax: (13)43-269-33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl http: wiw.krosno.pl

Zał. nr 1a do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego

Pakiet nr 1 - Stanowisko do kalibracji i wzorcowania automatycznych pipet tłokowych – 1 szt.

Lp.	Wymagania Zamawiającego:
1.	Stanowisko do kalibracji i wzorcowania automatycznych pipet tłokowych od 1µl do 10 ml o stałej i zmiennej objętości
2.	**Wymagania ogólne:** - regulacja poziomu stanowiska – np. nóżki regulacyjne stołu - zasilanie jednofazowe 230V (+/- 10%) 50 Hz - wymiary urządzenia umożliwiające transport przez drzwi o wymiarach 90x200 cm - urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach pokojowych, temp. max. 30°C
3.	**Elementy wyposażenia:** - stół do wzorcowania z elementem antywibracyjnym – całość o wymiarach blatu nie przekraczająca 110cmx75cm - mikrowaga spełniająca minimalne wymagania określone w normie ISO 8655-6, zapewniająca sprawdzenie pipet w zakresie 1 µl do 10 ml wraz z wzorcowaniem w akredytowanym laboratorium; waga o parametrach: d=1 µg, max. 21g, liniowość nie gorsza niż 7 µg - sondy pomiaru temperatury, wilgotności i cisnienia oraz wody wraz z wzorcowaniem w akredytowanym laboratorium - zbiornik na zużytą ciecz - pompka do odsysania cieczy - wyposażenie komputerowe obejmujące: - komputer PC - monitor LCD - klawiatura i mysz - oprogramowanie do kalibracji pipet w języku polskim stosujący metodę grawimetryczną zgodną z normą ISO 8655-6, zapewniający archiwizację wyników pomiarów oraz zarządzenie pipetą wg standardów ISO 10012
4.	**Wymagania dodatkowe:** - wzorcowanie urządzeń w akredytowanym laboratorium wzorcującym - szkolenie personelu z obsługi wyposażenia
5.	**Cena końcowa obejmuje:** transport, wniesienie, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu
6.	**Dokumentacja w języku polskim:** Instrukcja, świadectwa wzorcowania, Licencja i specyfikacja oprogramowania
7.	Gwarancja min. 24 miesiące od instalacji

1. Dostawa na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego –**Zakład Higieny Weterynaryjnej – wszystkie Pracownie, ul. Ściegiennego 6a, 38-400 Krosno.**
2. **Wykonawca** zapewni bezpłatną, pełną instalację (wraz z zapewnieniem niezbędnych akcesoriów) przedmiotu umowy – przez wyspecjalizowany serwis oraz jego uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatne przeszkolenie użytkowników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi i sprawdzenia urządzenia.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy wraz z ofertą:

- krótkie opisowe przedstawienie – charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem jego producenta oraz nr katalogowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w pakiecie nr 1 w oparciu o następujące kryteria oraz ich znaczenie:

KRYTERIUM WYBORU	WAGA
Cena oferty brutto	100 %

Kryterium *„Cena oferty brutto”* rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę dla poszczególnych pakietów w ofercie.
Punkty za powyższe kryterium przyznawane będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

C = (ilość punktów za kryterium cena)	Cena oferowana najniższa brutto spośród ocenianych ofert / Cena badanej oferty brutto	x 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia kryterium oceny może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Zał. nr 1b do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego

Pakiet nr 2 - Mieszadło magnetycznego 5-stanowiskowe z grzaniem

Lp.	Wymagania Zamawiającego:
1.	Ilość stanowisk: 5
2.	Zakres temperatur powierzchni: pokoj. – 120 °C
3.	Moc grzewcza: 175W
4.	Dokładność pomiaru temp.: ±1 °C
5.	Zakres prędkości mieszania: 0-1000 rpm
6.	Dokumentacja w języku polskim
7.	Gwarancja min. 24 miesiące od instalacji
8.	Cena końcowa obejmuje: transport, wniesienie, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu

1. Dostawa na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – **Pracownia Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt, ul. Lwowska 7, 37-700 Przemyśl.**
2. **Wykonawca** zapewni bezpłatną, pełną instalację (wraz z zapewnieniem niezbędnych akcesoriów) przedmiotu umowy – przez wyspecjalizowany serwis oraz jego uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatne przeszkolenie użytkowników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi i sprawdzenia urządzenia.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego – Jan Dacko Kierownik Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu – Tel. 16 678 75 93

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy wraz z ofertą:

- krótkie opisowe przedstawienie – charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem jego producenta oraz nr katalogowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w pakiecie nr 2 w oparciu o następujące kryteria oraz ich znaczenie:

KRYTERIUM WYBORU	WAGA
Cena oferty brutto	100 %

Kryterium *„Cena oferty brutto”* rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę dla poszczególnych pakietów w ofercie.

Punkty za powyższe kryterium przyznawane będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

C = (ilość punktów za kryterium cena)	Cena oferowana najniższa brutto spośród ocenianych ofert / Cena badanej oferty brutto	x 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia kryterium oceny może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie,
ul. Ks. P. Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno,
tel.(13)43-259-23, (13)43-259-34, fax: (13)43-269-33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl http: wiw.krosno.pl

Zał. nr 1c do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego

Pakiet nr 3 – Inkubator z kontrolowaną atmosferą CO_2 108 litrowy

Lp.	Wymagania Zamawiającego:
1.	Objętość użytkowa: 108 l
2.	Zakres temperatur: 20 – 50 °C
3.	Maks. odchylenia w czasie ≤ ±0,1 °C
4.	Maks. odchylenia w przestrzeni ≤ ±0,3 °C
5.	Regulacja CO2 w zakresie: 0 – 10%
6.	Dokładność ustawienia CO2 ±0,1%
7.	Nastawny ogranicznik wilgotności względnej w zakresie 88-97% RH.
8.	Sterylizacja wnętrza w cyklu 4 godzinnym w temperaturze 160°.
9.	Wymagania metrologiczne: • Wymagany certyfikat kalibracji regulacji stężenia CO2 dla 5%, 7%, 10%.mm • Rozkład temperatur w 2-płaszczyznach dla temp. 37 °C (w 10 punktach)
10.	Dodatkowe wyposażenie: Wbudowany filtr HEPA
11.	Dokumentacja w języku polskim
12.	gwarancja min. 24 miesiące od instalacji
13.	Cena końcowa obejmuje: transport, wniesienie, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu

1. Dostawa na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – **Pracownia Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt, ul. Lwowska 7, 37-700 Przemyśl.**
2. **Wykonawca** zapewni bezpłatną, pełną instalację (wraz z zapewnieniem niezbędnych akcesoriów) przedmiotu umowy – przez wyspecjalizowany serwis oraz jego uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatne przeszkolenie użytkowników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi i sprawdzenia urządzenia.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego – Jan Dacko Kierownik Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu – Tel. 16 678 75 93

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy wraz z ofertą:

- krótkie opisowe przedstawienie – charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem jego producenta oraz nr katalogowego

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w pakiecie nr 3 w oparciu o następujące kryteria oraz ich znaczenie:

KRYTERIUM WYBORU	WAGA
Cena oferty brutto	100 %

Kryterium *„Cena oferty brutto"* rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę dla poszczególnych pakietów w ofercie.
Punkty za powyższe kryterium przyznawane będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

C = (ilość punktów za kryterium cena)	Cena oferowana najniższa brutto spośród ocenianych ofert / Cena badanej oferty brutto	x 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia kryterium oceny może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

UWAGA: WYPEŁNIA W CAŁOŚCI I PODPISUJE WYKONAWCA

(pieczęć Wykonawcy)

Wykonawca (nazwa):

.....
.....wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
...../centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej*/ pod numerem: .....
* - *niepotrzebne skreślić*

Adres Wykonawcy:
.....
Tel/fax .....
e-mail: .....
Regon .....
NIP .....

Niniejszym przedkładamy ofertę na dostawę sprzętu laboratoryjnego

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Numer pakietu	Przedmiot zamówienia	Cena oferty brutto	Okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę
1	**Stanowisko do kalibracji i wzorcowania automatycznych pipet tłokowych**		
2	**Mieszadło magnetycznego 5-stanowiskowe z grzaniem**		
3	**Inkubator z kontrolowaną atmosferą CO_2 108 litrowy**		

2. **Zapewniamy realizację zamówienia w terminie do 28 marca 2018 roku.**

3. Oświadczamy, że oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad.

5. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności faktury od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy (zał. nr 3 do zapytania ofertowego) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. W załączeniu do oferty przedkładamy następujące dokumenty:

   .....

....., dn. .....

.....
(pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej do
Reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa - WZÓR

zawarta w dniu ..... 2018 r. w Krośnie pomiędzy **Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii z/s w Krośnie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno,** reprezentowanym przez:
.....
.....
zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „Zamawiającym"

a ....., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej /prowadzonej przez ..... pod numerem: ....., reprezentowaną przez:
.....
zwaną dalej „Wykonawcą", a obydwoje zwani dalej „Stronami".

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy **do dnia 28 marca 2018 r.** ..... (pakiet nr ...), spełniającego wszystkie wymagania techniczne i jakościowe określone w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie, wraz z wymaganymi w zapytaniu ofertowym dokumentami.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do miejsca wskazanego w zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad.
3. W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się – wedle wyboru Zamawiającego – do wymiany wadliwego urządzenia na własny koszt lub przyjęcia bez zastrzeżeń jego zwrotu.

§ 3

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesięcy.

§ 4

1. Wykonawca obowiązany jest zapewnić:
   a) autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,
   b) czas reakcji serwisu (z podaniem czasu naprawy) - nie dłuższy niż 48 godzin od chwili otrzymania od Zamawiającego faksu - informacji zgłaszającej awarię,
   c) maksymalny czas naprawy urządzenia – do 7 dni roboczych.

§ 5

1. Wykonawca zapewni bezpłatną, pełną instalację (wraz z zapewnieniem niezbędnych akcesoriów) przedmiotu umowy – przez wyspecjalizowany serwis oraz jego uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatne przeszkolenie użytkowników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi i sprawdzenia urządzenia.

§ 6

Za dostarczony przedmiot umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie zapłata w wysokości .....zł brutto (słownie: .....).

§ 7

Zamawiający dokona zapłaty nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy faktury VAT za dostarczony przedmiot zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 8

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 9

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 10

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
   1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, wynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1% umownej zapłaty za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory – w braku porozumienia Stron - rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) Zapytanie ofertowe o którym mowa w § 1,
2) oferta Wykonawcy.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....	.....
Zamawiający	Wykonawca