



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Krosno, 2021-04-22

WIWA.272.5.2021

- W Y K O N A W C Y -

WYJAŚNIENIA NR 1 SWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych i wyrobów medycznych

Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00035364/01 z dnia 2021-04-19

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść złożonych pytań w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz treść udzielonych odpowiedzi (dotyczy Pakietu nr 11):

Pytanie 1. Czy Zleceniodawca dopuści, aby ampułka szklana zawierała 1ml wyciągu kazeinowo-sojowego, wskaźnik pH oraz zarodniki niepatogennego organizmu testowego, *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC 7953).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby ampułka szklana zawierała 1ml wyciągu kazeinowo-sojowego, wskaźnik pH oraz zarodniki niepatogennego organizmu testowego, *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC 7953). Załącznik nr 15 do SWZ (Pakiet nr 11) zostanie zmodyfikowany i zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.



Pytanie 2. Czy Zleceniodawca dopuści, aby wskaźniki miały termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wskaźniki wymienione w poz. nr 1 pakietu nr 11 miały termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Podkarpacki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii

Janusz Diołek