



# INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Krosno, 2022-09-22

WIWA.272.15.2022

**- W Y K O N A W C Y -**

## WYJAŚNIENIA NR 1 SWZ

### **Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa inkubatorów z chłodzeniem i chłodziarek laboratoryjnych”**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), przekazuje treść złożonych pytań w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz treść udzielonych odpowiedzi:

#### Pakiet 2

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej SUS 304?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej SUS 304 pod warunkiem, że stal nierdzewna SUS 304 jest kwasoodporna zgodnie z klasą DIN 1.4301 i Wykonawca dostarczy wraz z dostawą dokumenty to potwierdzające.**

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 700 mm x 800mm x 1840 mm i wymiarach wewnętrznych szerokość



x głębokość x wysokość: 580 mm x 670 mm x 1200 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 700 mm x 800mm x 1840 mm ze względu na przewidzianą przestrzeń w której zainstalowana będzie chłodziarka.**

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 520 litrów, wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 700 mm x 800mm x 2040 mm i wymiarach wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 580 mm x 670 mm x 1400 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 700 mm x 800mm x 2040 mm ze względu na przewidzianą przestrzeń w której zainstalowana będzie chłodziarka.**

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 120 kg?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 120 kg.**

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 134 kg?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 134 kg.**

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z półkami pełnymi ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z półkami pełnymi ze stali nierdzewnej ze względu na ryzyko zaburzonego przepływu powietrza i monitorowania temperatury przy pomocy 1 termometru.**

### Pakiet 3

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej SUS 304?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej SUS 304 pod warunkiem, że stal nierdzewna SUS 304 jest kwasoodporna zgodnie z klasą DIN 1.4301 i Wykonawca dostarczy wraz z dostawą dokumenty to potwierdzające.**

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 700 litrów i wymiarach

wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 580 mm x 670 mm x 1500 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności 700 litrów i wymiarach wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 580 mm x 670 mm x 1500 mm.**

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 137 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 137 kg.**

Zamawiający podaje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ dokonuje zmiany:

- Załącznika nr 7 do SWZ (Formularz – Wymagania dotyczące sprzętu laboratoryjnego) w przedmiotowym postępowaniu;
- Załącznika nr 8 do SWZ (Formularz – Wymagania dotyczące sprzętu laboratoryjnego) w przedmiotowym postępowaniu;
- terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w ww. postępowaniu poprzez zmianę treści SWZ - ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ;
- ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Podkarpacki  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
z up. ( - )  
Janusz Ciołek  
Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii